



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"KULDĪGAS SLIMNĪCA"

Reģistrācijas Nr. 50003197651

slimnica@kuldiga.lv

Aizputes ielā, 22 Kuldīgā, LV-3301

Tālrunis 63374000, fakss 63374028

Kuldīgā

2012. gada 7.septembrī

Nr. 1-16/1319

PRETENDENTAM

***Precizējumi atklāta konkursa
"Aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca“
rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”
nolikumam ID Nr. KS 2012/K-1ERAF***

SIA „Kuldīgas slimnīca” kā Pasūtītājs ir saņēmusi Pretendenta jautājumus par atklāta konkursa “Tehniskā projekta “Aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām” nolikumu (ID Nr. KS 2012/K-1ERAF):

JAUTĀJUMS –

SIA „Kuldīgas slimnīca” 25.07.2012.izsludinātā atklātā konkursa „Aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”, identifikācijas nr. KS-2012/K-1ERAF nolikuma 6. punktu „Eliptiskais trenāžieris ar fiksāciju”. Vai paredzētais trenāžieris ir kombinēts horizontālais velotrenažieris (termiņš, kurš tiek izmantots 10.2 punktā) ar eliptisko trenāžieri ?

Nolikuma 8.punktā „Velotrenažieris ar fiksāciju” nav paskaidrots, kā izskatās vēlamā fiksācijas sistēma. Kuru pacienta ķermeņa daļu paredzēts fiksēt?

ATBILDE - SIA „Kuldīgas slimnīca” Iepirkumu komisija, kā Pasūtītājs organizētajā iepirkumā informē :

- nolikuma 6.punkts „Eliptiskais trenāžieris ar fiksāciju” (profesionāls rehabilitācijas trenāžieris, kurā daļēji apvienotas skrejceļiņa, velotrenažiera un stepera funkcijas). Eliptiskais trenāžieris nav kombinēts ar horizontālo velotrenažieri.
- Nolikuma 8. punkta „Velotrenažieris ar fiksāciju” – nepieciešams fiksēt pacienta ķermeņa augšdaļu.

JAUTĀJUMS –


SIA „Kuldīgas slimnīca” 25.07.2012.izsludinātā atklātā konkursa „Aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”, identifikācijas nr. KS-2012/K-1ERAF nolikuma 1.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 12.punktu „Slinga terapijas aprīkojums”:

- Vai tehniskajā specifikācijā nav ieviesusies kļūda, jo 12.13 punktu specifikācijas atkārtojas?
- Vai slinga terapijas aprīkojumā ietipstošajām virvēm ir obligāti jābūt sarkanā un melnā krāsā, vai iespējams piedāvāt citu krāsu virves?

ATBILDE - SIA „Kuldīgas slimnīca” Iepirkumu komisija, kā Pasūtītājs organizētajā iepirkumā informē,

- Specifikācijas 12.punkta „Slinga terapijas aprīkojums” - 12.13; 12.14; 12.15; 12.16; 12.17 tiek dzēstas.
- Slinga terapijas aprīkojumā ietipstošajām virvēm nav obligāti jābūt sarkanā un melnā krāsā, ir iespējams piedāvāt citu krāsu virves.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



Ivars Eglītis