



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"KULDĪGAS SLIMNĪCA"

Reģistrācijas Nr. 50003197651

slimnica@kuldiga.lv

Aizputes ielā, 22 Kuldīgā, LV-3301

Tālrunis 63374000, fakss 63374028

Kuldīgā

2012. gada 31. augustā

Nr. 1-16/ 1267

PRETENDENTAM

Precizējumi atklāta konkursa

***“Aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca“
rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”
nolikumam ID Nr. KS 2012/K-1ERAF***

SIA „Kuldīgas slimnīca” kā Pasūtītājs ir saņēmusi Pretendenta jautājumus par atklāta konkursa “Tehniskā projekta “Aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām” nolikumu (ID Nr. KS 2012/K-1ERAF):

JAUTĀJUMS –

SIA „Kuldīgas slimnīca” 25.07.2012.izsludinātā atklātā konkursa „Aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”, identifikācijas nr. KS-2012/K-1ERAF nolikuma 1.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” Iepirkuma priekšmeta III daļā radušās neskaidrības :

| Pozīcija | Neskaidrības |
|---|---|
| 17.6. Plastikāta vingrošanas nūjas | Nav norādīts skaits |
| 17.7. Vingrošanas lentu komplekts 17.7.1. Četru veidu pretestības līmeņi | Nav skaidrs, kas domāts ar skaiti „10”- vai jāpiedāvā 10 komplekti, kuri sastāv no 4 veidu gumijām VAI 4 pretestības veida gumijas jākombinē tā, lai sanāktu kopā 10 gumijas VAI kā citādi. |
| 19.5. Tualetes/dušas riteņkrēsls ar riteņiem 8 gab.; 19.5.1. Tualetes un dušas riteņkrēsls ar bimanuālu vadību – 1 gab. 19.5.2. Tualetes un dušas riteņkrēsls regulējams hidrauliski – 1 gab. 19.5.3. Tualetes un dušas riteņkrēsls – 4 gab. | Nav sakritības skaitā – kopējais skaits ir 8 tualetes/dušas riteņkrēsli, bet atsevišķi pa pozīcijām – 6 gab. |

ATBILDE - SIA „Kuldīgas slimnīca” Iepirkumu komisija, kā Pasūtītājs organizētajā iepirkumā informē :


| Pozīcija | Pareizi |
|---|--|
| 17.6. Plastikāta vingrošanas nūjas | 4 gab. |
| 17.7. Vingrošanas lentu komplekts | Vingrošanas lentu 1 komplekts (10 gb.lentas) |
| 17.7.1. Četru veidu pretestības līmeņi | 4 pretestības veida gumijas jākombinē tā, lai sanāktu kopā 10 gumijas. |
| 19.5. Tualetes/dušas riteņkrēsls ar riteņiem 8 gab.; | 19.5. Tualetes/dušas riteņkrēsls ar riteņiem 6 gab.; |
| 19.5.1. Tualetes un dušas riteņkrēsls ar bimanuālu vadību – 1 gab. | 19.5.1. Tualetes un dušas riteņkrēsls ar bimanuālu vadību – 1 gab. |
| 19.5.2. Tualetes un dušas riteņkrēsls regulējams hidrauliski – 1 gab. | 19.5.2. Tualetes un dušas riteņkrēsls regulējams hidrauliski – 1 gab. |
| 19.5.3. Tualetes un dušas riteņkrēsls – 4 gab. | 19.5.3. Tualetes un dušas riteņkrēsls – 4 gab. |

JAUTĀJUMS –

SIA „Kuldīgas slimnīca” 25.07.2012.izsludinātā atklātā konkursa „Aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām”, identifikācijas nr. KS-2012/K-1ERAF nolikuma 1.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” Iepirkuma priekšmeta III daļas 19.9 punkta (4 riteņu rollators) specifikācijās minēts, ka rollatora platumam jābūt 60 cm +/- 3 cm un sēdekļa augstumam jābūt 45 cm +/- 3 cm. Šāds rollators nebūs funkcionāls, jo pacients, kuram nepieciešams tik plats (šāds platums atbilst rollatoriem, kas paredzēti bariatrijas pacientiem, vidējais platums standarta rollatoriem ir 45 cm +/- 3 cm) visticamāk nespēs apsēties un piecelties no tik zema rollatora (vidējais augstums rollatora sēdeklim ir 60 cm +/- 5 cm).

ATBILDE - SIA „Kuldīgas slimnīca” Iepirkumu komisija, kā Pasūtītājs organizētajā iepirkumā informē, ka rollatora sēdekļa platumam jābūt vismaz 45 cm +/- 3 cm un augstumam 60 cm +/- 5 cm.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



Ivars EGLĪTIS