

IEPIRKUMU KOMISIJAS PROTOKOLS
Iepirkumam "HEMODIALĪZES IEKĀRTAS IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA
"KULDĪGAS SLIMNĪCA""
(iepirkuma ID Nr. KS/2015/2)

2015.gada 17.jūnijā, Kuldīgā

Nr.1

SIA „Kuldīgas slimnīca” telpās – Aizputes ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Sēde sāka plkst.:13.30, pabeigta plkst.14.00

SIA „Kuldīgas slimnīca” Iepirkumu komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja: **Ivars Eglītis;**

Komisijas locekļi: **Āris Pētersons;**

Ilze Lude;

Nepiedalās: **Viktors Gotfridsons**

Komisijas sekretāre: **Inese Ozola-Gūtpelca,**

kas izveidota pamatojoties uz SIA „Kuldīgas slimnīca” 2013.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.92 „Par Iepirkumu komisijas sastāva izmaiņām”.

Darba kārtībā: Nolikuma apstiprināšana

Ziņo I.Eglītis:

SIA „Kuldīgas slimnīca” šobrīd lieto hemodialīzes iekārtas modeli 4008S, kurš tika iegādāts iepirkuma rezultātā no SIA „Baltijas Dialīzes Serviss”. Slimnīcai ir nepieciešams iegādāties vēl vienu šādu iekārtu, jo ir pieaudzis hemodializējamo pacientu skaits, un nodaļas racionālai darbībai divās maiņās nepieciešamas četras hemodialīzes iekārtas.

Izvērtējot situāciju, iepirkt slimnīcas lietošanā jau esošo hemodialīzes iekārtas modeli 4008S ir saimnieciski izdevīgi vairāku iemeslu dēļ:

1. nav nepieciešams apmācīt personālu darbam ar citu iekārtu;
2. strādājot ar vienu un to pašu modeli, tiek minimizēti riski no personāla puses kaitēt pacientu veselībai;
3. 4008S iekārtas darbojas ar vizzemākajām asins plūsmām, kas ļauj pacientiem ar problemātiskām asinsvadu pieejām veikt hemodialīzes procedūras ambulatori, nesūtot uz specializētiem centriem universitātes klīnikās;
4. iegādājoties citu modeli, ir jāmaina cīlpaš un iekārtu dezinfekcijas protokoli, kas pagarina dezinfekcijas laiku, un palielinās nodaļas uzturēšanas izmaksas.

Nemot vērā augstāk minēto, būtu lietderīgi veikt sarunu procedūru ar SIA „Baltijas Dialīzes Serviss”, kura jau slimnīcai ir piegādājusi trīs šādas iekārtas un ir iekārtas ražotājas firmas „Fresenius Medical Care ” vienīgais ekskluzīvais izplatītājs Latvijā.

Publisko iepirkumu likumu 63.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš npublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.

Ņemot vērā pasūtītāja vajadzības, piegādātāja piedāvājumu un Publisko iepirkumu likuma prasības, **Publisko iepirkumu komisija nolemj:**

1. Piemērot sarunu procedūru un apstiprināt instrukciju iepirkumam " Hemodialīzes iekārtas iegāde un uzstādīšana SIA „Kuldīgas slimnīca”".
2. Uzaicināt SIA „Baltijas Dialīzes Serviss” (reģ.Nr.40003651502) iesniegt piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas locekļi, parakstot sēdes protokolu, vienlaicīgi apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā, vai ka viņi ir saistīti ar tiem "Publisko iepirkumu likuma" 23. panta 1.daļas izpratnē.

Komisijas priekšsēdētājs

Ivars Eglītis /paraksts/

Komisijas locekļi

Āris Pētersons /paraksts/

Ilze Lude /paraksts/

Viktors Gotfridsons /paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS

2015.gada 19.jūnijā.

Komisijas sekretāre



I.Ozola-Gūtpelca